wichtig + + +

Um ein korrektes Ergebnis zu erhalten, muss sich strikt an die beiliegende Gebrauchsanweisung gehalten werden!

Durch Nichteinhalten der beiliegenden Gebrauchsanweisung kommt es zu ungültigen Ergebnissen des SARS-CoV-2 Antigen Schnelltests, da diese von unterschiedlichen Herstellern ausgeliefert werden und sich damit auch die Testverfahren unterscheiden!
Aus dem Grund ist es zwingend notwendig vor der Anwendung die beiliegende Gebrauchsanweisung zu lesen und sich bei der Anwendung strikt daran zu halten.

Abweichungen treten unter anderem wie folgt auf:

- Das Verfahren der Probeentnahmen variiert bei unterschiedlichen Tests.
- Die Einwirkzeit der entnommenen Probe in der beiliegenden Lösung kann sich unterscheiden.
- Die Menge der Tropfenabgabe in die Kassette ändert sich bei unterschiedlichen Testverfahren.
- Die Einwirkzeit der Lösung in der Kassette unterscheidet sich zwischen verschiedenen Verfahren.

Bitte beachten! Alle Tests vor der Anwendung mindestens 20 Minuten lang auf Raumtemperatur (10-30°C) bringen.

Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung führt zu falschen und ungültigen Testergebnissen!